

JC-1 线粒体膜电位检测试剂盒说明书

货号: CSP059

【产品描述】

线粒体膜电位检测试剂盒 (JC-1) (Mitochondrial membrane potential assay kit with JC-1) 是一种以 JC-1 为荧光探针, 快速灵敏检测细胞、组织或纯化的线粒体膜电位变化的试剂盒。线粒体膜电位下降是细胞凋亡早期的标志性事件, 因此该试剂盒可以用于检测早期的凋亡细胞。

JC-1 是一种广泛应用于检测线粒体膜电位 (mitochondrial membrane potential) $\Delta \Psi_m$ 的理想荧光探针。在线粒体膜电位较高时, JC-1 聚集在线粒体的基质中, 形成聚合物, 可以产生红色荧光; 在线粒体膜电位较低时, JC-1 不能聚集在线粒体的基质中, 此时 JC-1 为单体, 可以产生绿色荧光。这样就可以非常方便地通过荧光颜色的转变来检测线粒体膜电位的变化。常用红绿荧光的相对比例来衡量线粒体去极化的比例, 用 JC-1 从红色荧光到绿色荧光的转变作为细胞凋亡早期的一个检测指标。

JC-1 探针的光谱特征: 实际观察时, 使用常规的观察红色荧光和绿色荧光的设置即可。

探针形式	Ex	Em
JC-1 单体	514 nm	529 nm
JC-1 聚合物	585 nm	590 nm

本试剂盒中提供了 CCCP 作为诱导线粒体膜电位下降的阳性对照。对于六孔板中的样品, 本试剂盒共可以检测 100 个样品; 对于 12 孔中的样品, 本试剂盒共可以检测 200 个样品。

【产品组成】

组份编号	组分名称	100T
CSP059-A	JC-1 (200×)	5 × 100 μ L/管
CSP059-B	JC-1 染色缓冲液 (5 ×)	80mL
CSP059-C	CCCP (10mM)	20 μ L
CSP059-D	超纯水	90mL

【储存条件】

-25~-15° 避光保存，有效期1年。避免反复冻融。超纯水和 JC-1 染色缓冲液(5 ×)也可 2~8°C 保存。

【操作说明】

1. JC-1 染色工作液的配制：六孔板每孔所需 JC-1 染色工作液的量为 1mL，其它培养器皿的 JC-1 染色工作液的用量以此类推。对于细胞悬液每 $50-100 \times 10^4$ 个细胞需 0.5mL JC-1 染色工作液。取适量 JC-1 (200×)，按照每 50 μL JC-1 (200×) 加入 8 mL 超纯水的比例稀释 JC-1。剧烈震荡充分溶解并混匀 JC-1。然后再加入 2 mL JC-1 染色缓冲液 (5 ×)，混匀后即为 JC-1 染色工作液。

1.1 JC-1 (200×) 在 4°C、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内，可以用 20~25°C 水浴温育片刻至全部融解后使用。

1.2 必须先把 JC-1 (200×) 用试剂盒提供的超纯水充分溶解混匀后，才可以加入 JC-1 染色缓冲液 (5×)。不可先配制 JC-1 染色缓冲液 (1×) 再加入 JC-1 (200×)，这样 JC-1 会很难充分溶解，会严重影响后续的检测。

2. 阳性对照的设置

把试剂盒中提供的 CCCP (10mM) 推荐按照 1:1000 的比例加入到细胞培养液中，稀释至 10μM，处理细胞 20 min。随后按照下述方法装载 JC-1，进行线粒体膜电位的检测。对于大多数细胞，通常 10 μM CCCP 处理 20 min 后线粒体的膜电位会完全丧失，JC-1 染色后观察应呈绿色荧光；而正常的细胞经 JC-1 染色后应显示红色荧光。对于特定的细胞，CCCP 的作用浓度和作用时间可能有所不同，需自行参考相关文献资料确定。

2.1 CCCP 为线粒体电子传递链抑制剂，对人体有害，操作时请小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。

【检测步骤】

对于悬浮细胞

1. 取 $10-60 \times 10^4$ 个细胞，重悬于 0.5 mL 细胞培养液中，细胞培养液中可以含血清和酚红。

2. 加入 0.5 mL JC-1 染色工作液，颠倒数次混匀。细胞培养箱中 37°C 孵育 20 min。

3. 在孵育期间，按照每 1 mL JC-1 染色缓冲液（5 ×）加入 4 mL 蒸馏水的比例，配制适量的 JC-1 染色缓冲液（1 ×），并放置于冰浴。

4. 37°C 孵育结束后，600g 4°C 离心 3-4 min，沉淀细胞。弃上清，注意尽量不要吸除细胞。

5. 用 JC-1 染色缓冲液（1 ×）洗涤 2 次：加入 1 mL JC-1 染色缓冲液（1 ×）重悬细胞，600g 4°C 离心 3-4 min，沉淀细胞，弃上清。再加入 1 mL JC-1 染色缓冲液（1 ×）重悬细胞，600g 4°C 离心 3-4 min，沉淀细胞，弃上清。

6. 再用适量 JC-1 染色缓冲液（1 ×）重悬后，用荧光显微镜或激光共聚焦显微镜观察，也可以用荧光分光光度计检测或流式细胞仪分析。

注意：

1. 装载完 JC-1 后用 JC-1 染色缓冲液（1 ×）洗涤时，使 JC-1 染色缓冲液（1 ×）保持 4°C 左右，此时的洗涤效果较好。

2. JC-1 探针装载完并洗涤后尽量在 30 min 内完成后续检测。在检测前需冰浴保存。

3. 请勿把 JC-1 染色缓冲液（5 ×）全部配制成 JC-1 染色缓冲液（1 ×）。本试剂盒使用过程中需直接使用 JC-1 染色缓冲液（5 ×）。

4. 如果发现 JC-1 染色缓冲液（5 ×）中有沉淀，必须全部溶解后才能使用，为促进溶解可以在 37°C 加热。

对于贴壁细胞

对于贴壁细胞，如果希望采用荧光分光光度计或流式细胞仪检测，可以先收集细胞，重悬后参考悬浮细胞的检测方法。

1. 对于六孔板的一个孔，吸除培养液，根据具体实验如有必要可以用 PBS 或其它适当溶液洗涤细胞一次，加入 1 mL 细胞培养液。细胞培养液中可以含有血清和酚红。

2. 加入 1 mL JC-1 染色工作液，充分混匀。细胞培养箱中 37°C 孵育 20 min。

3. 在孵育期间，按照每 1 mL JC-1 染色缓冲液（5 ×）加入 4 mL 蒸馏水的比例，配制适量的 JC-1 染色缓冲液（1 ×），并放置于冰浴。

4. 37°C 孵育结束后，吸除上清，用 JC-1 染色缓冲液（1 ×）洗涤 2 次。

5. 加入 2 mL 细胞培养液，培养液中可以含有血清和酚红。

6. 荧光显微镜或激光共聚焦显微镜下观察。

对于纯化的线粒体

1. 把配制好的 JC-1 染色工作液再用 JC-1 染色缓冲液 (1 ×) 稀释 5 倍。
2. 0.9 mL 5 倍稀释的 JC-1 染色工作液中加入 0.1 mL 总蛋白量为 10~100 μg 纯化的线粒体。
3. 用荧光分光光度计或荧光酶标仪检测：混匀后直接用荧光分光光度计进行时间扫描 (time scan)，激发波长为 485 nm，发射波长为 590 nm。如果使用荧光酶标仪，激发波长不能设置为 485 nm 时，可以在 475~520 nm 范围内设置激发波长。另外，也可以参考下面步骤“荧光检测和结果分析”中的波长设置进行荧光检测。
4. 用荧光显微镜或激光共聚焦显微镜观察：方法同下面步骤“荧光检测和结果分析”。

荧光检测和结果分析

检测 JC-1 单体时可以把激发光设置为 490 nm，发射光设置为 530 nm；检测 JC-1 聚合物时可以把激发光设置为 525 nm，发射光设置为 590 nm。

注意：此处测定荧光时不必把激发光和发射光设置在最大激发波长和最大发射波长。如使用荧光显微镜观察，检测 JC-1 聚合物时可参考其他红色荧光设置，如碘化丙啶或者 Cy3 的设置。检测 JC-1 单体可使用常用来检测绿色荧光化合物如 FITC 的设置。出现绿色荧光说明线粒体膜电位下降，并且该细胞很可能处于细胞凋亡早期。出现红色荧光说明线粒体膜电位比较正常，细胞的状态也比较正常。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免污染；
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、仅供科研使用。